

Testzertifikat

Test	Cytotoxizität, L 929-Proliferation DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Testmaterial	CoCrW-Legierung Remanium Star, Lot-Nr. 10973
Hersteller	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstraße 31, D-75228 Ispringen
Testnummer	022450-20 (der vollständige Bericht liegt dem Kunden vor)
Testergebnis	Die Ergebnisse zeigen, daß aus der CoCrW-Legierung Remanium Star zelltoxisch wirkende Substanzen nicht freigesetzt werden.

M. Timme

Dr. Madlon Timme
Testleitung

U. Warschkow

Dipl.-Ing. (FH) Anke Warschkow
Technische Leitung